FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	484-1025	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Thermomètre numérique à sonde SARO étanche Modèle 4749

GTIN	4017337058112
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	9025190090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Thermomètre à sonde haute précision, étanche
- Sonde de 10 cm, grand écran
- Mesure rapide : 10 s
- Fonction de maintien de la valeur, arrêt automatique après 30 min
- Compatible avec les plaques à induction
- Plage de mesure : -40/+23 °C
- Précision de mesure : dans la plage 0 - 100 °C : ± 0,5 °C, dans la plage de -20 à +0 °C : ± 1 °C, dans la plage de 100 à 200 °C : ± 2 °C, dans la plage de -40 à -21 °C : ± 3 °C, dans la plage de +200 °C : ± 4 °C
- Pile : CR2032 (non fournie)
- Indice de protection : IP67
- Dimensions : L 195 x P 42 x H 22 mm
- Dimensions de l'emballage : L 250 x P 100 x H 24 mm
- Poids (net/brut) : 0,035 / 0,05 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Thermomètre numérique à sonde SARO étanche Modèle 4749**

GTIN	4017337058112
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	9025190090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyez le thermomètre numérique conformément au mode d’emploi et insérez la pile.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; manipulez la sonde avec précaution et protégez les composants électroniques de l’humidité.
- En cas de dommages visibles, de dysfonctionnements ou de piles déchargées, cessez d’utiliser le thermomètre et remplacez-le par une pièce de rechange ou une pile adaptée.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.